【グルコース-試薬別統計】

除外方法：除外と±3SD2回除去

単位：mg/dL

生化学11：55件 / 生化学12：55件

	試料	全試料				除外後：除外と±3SD2回除去				除外後		除外数	
		件数	平均	SD	CV(%)	件数	平均	SD	CV(%)	最小	最大	件数	%
試薬	(101001) *アダムスシリーズGA専用試薬*												
	生化学11	8	95.5	1.3	1.37	8	95.5	1.3	1.37	94	97	0	0.0
	生化学12	8	243.3	3.3	1.35	8	243.3	3.3	1.35	239	248	0	0.0
試薬	(101002) *オート&スタットシリーズGA専用試薬*												
	生化学11	3	95.0	1.0	1.05	3	95.0	1.0	1.05	94	96	0	0.0
	生化学12	3	243.0	2.0	0.82	3	243.0	2.0	0.82	241	245	0	0.0
試薬	(101003) *アダムスシリーズAH専用試薬*												
	生化学11	1	96.0			1	96.0			96	96	0	0.0
	生化学12	1	248.0			1	248.0			248	248	0	0.0
試薬	(161001) *GAシリーズ専用試薬(A&T)*												
	生化学11	10	97.0	1.2	1.29	10	97.0	1.2	1.29	96	99	0	0.0
	生化学12	10	246.3	2.4	0.96	10	246.3	2.4	0.96	242	250	0	0.0
試薬	(161002) *グルコローダーシリーズ専用試薬*												
	生化学11	2	98.0	1.4	1.44	2	98.0	1.4	1.44	97	99	0	0.0
	生化学12	2	247.0	1.4	0.57	2	247.0	1.4	0.57	246	248	0	0.0
試薬	(201001) *アクアオートカイノス GLU試薬*												
	生化学11	2	97.5	2.1	2.18	2	97.5	2.1	2.18	96	99	0	0.0
	生化学12	2	246.5	3.5	1.43	2	246.5	3.5	1.43	244	249	0	0.0
試薬	(202002) *シカリキッド GLU J*												
	生化学11	1	90.0			1	90.0			90	90	0	0.0
	生化学12	1	226.0			1	226.0			226	226	0	0.0
試薬	(223002) *ランピアリキッド S GLU*												
	生化学11	1	97.0			1	97.0			97	97	0	0.0
	生化学12	1	244.0			1	244.0			244	244	0	0.0
試薬	(321001) *フレックスカートリッジ グルコース(N) GLU*												
	生化学11	4	97.5	1.9	1.96	4	97.5	1.9	1.96	95	99	0	0.0
	生化学12	4	246.8	1.7	0.69	4	246.8	1.7	0.69	245	249	0	0.0
試薬	(326001) *クイックオートネオ GLU-HK*												
	生化学11	2	97.0	1.4	1.46	2	97.0	1.4	1.46	96	98	0	0.0
	生化学12	2	246.0	2.8	1.15	2	246.0	2.8	1.15	244	248	0	0.0
試薬	(363006) *クオリジェントGLU*												
	生化学11	1	98.0			1	98.0			98	98	0	0.0
	生化学12	1	245.0			1	245.0			245	245	0	0.0
試薬	(365001) *「セロテック」GLU-HL*												
	生化学11	3	98.3	1.2	1.17	3	98.3	1.2	1.17	97	99	0	0.0
	生化学12	3	250.7	3.2	1.28	3	250.7	3.2	1.28	247	253	0	0.0
試薬	(465001) *自動分析用試薬「生研」GLU-S*												
	生化学11	1	99.0			1	99.0			99	99	0	0.0
	生化学12	1	251.0			1	251.0			251	251	0	0.0
試薬	(526003) *デタミナーL GLU Ⅱ*												
	生化学11	3	97.3	1.5	1.57	3	97.3	1.5	1.57	96	99	0	0.0
	生化学12	3	245.0	1.0	0.41	3	245.0	1.0	0.41	244	246	0	0.0

【グルコース-試薬別統計】

除外方法：除外と±3SD2回除去

単位：mg/dL

生化学11：55件 / 生化学12：55件

	試料	全試料				除外後：除外と±3SD2回除去				除外後		除外数	
		件数	平均	SD	CV(%)	件数	平均	SD	CV(%)	最小	最大	件数	%
試薬		(526004) *デタミナーL GLU HK*											
	生化学11	2	96.5	0.7	0.73	2	96.5	0.7	0.73	96	97	0	0.0
	生化学12	2	244.0	2.8	1.16	2	244.0	2.8	1.16	242	246	0	0.0
試薬		(662001) *AUリエージェントGLU(HK)*											
	生化学11	2	96.0	2.8	2.95	2	96.0	2.8	2.95	94	98	0	0.0
	生化学12	2	241.5	14.8	6.15	2	241.5	14.8	6.15	231	252	0	0.0
試薬		(721001) *リキッド グルコース Ⅱ*											
	生化学11	1	96.0			1	96.0			96	96	0	0.0
	生化学12	1	240.0			1	240.0			240	240	0	0.0
試薬		(963001) *Lタイプワコー Glu2*											
	生化学11	8	96.9	1.7	1.78	8	96.9	1.7	1.78	94	99	0	0.0
	生化学12	8	245.5	3.3	1.34	8	245.5	3.3	1.34	241	249	0	0.0