【ヘモグロビンA1c（NGSP値）--方法・試薬別統計】

除外方法：除外と±3SD2回除去

単位：%

A1C試料1：57件 / A1C試料2：57件

分類1	方法	01	HPLC法

試料	全試料				±3SD 2回除外後				除外後		除外数	
	件数	平均	SD	CV(%)	件数	平均	SD	CV(%)	最小	最大	件数	%
試薬: (101001) アダムスシリーズ専用試薬												
A1C試料1	16	5.91	0.11	1.84	16	5.91	0.11	1.84	5.8	6.2	0	0.0
A1C試料2	16	9.13	0.12	1.36	15	9.10	0.08	0.83	9.0	9.3	1	6.3
試薬: (468001) HLC-723シリーズ専用試薬												
A1C試料1	22	5.94	0.09	1.44	22	5.94	0.09	1.44	5.7	6.1	0	0.0
A1C試料2	22	9.25	0.10	1.09	22	9.25	0.10	1.09	9.0	9.4	0	0.0

分類1	方法	02	免疫比濁法

試料	全試料				±3SD 2回除外後				除外後		除外数	
	件数	平均	SD	CV(%)	件数	平均	SD	CV(%)	最小	最大	件数	%
試薬: (183002) ビトロス マイクロチップ HbA1c												
A1C試料1	2	5.75	0.07	1.23	2	5.75	0.07	1.23	5.7	5.8	0	0.0
A1C試料2	2	8.90	0.00	0.00	2	8.90	0.00	0.00	8.9	8.9	0	0.0
試薬: (222002) デタミナーHbA1c DM												
A1C試料1	1	5.70			1	5.70			5.7	5.7	0	0.0
A1C試料2	1	8.90			1	8.90			8.9	8.9	0	0.0
試薬: (222003) デタミナーL HbA1c												
A1C試料1	3	5.90	0.10	1.69	3	5.90	0.10	1.69	5.8	6.0	0	0.0
A1C試料2	3	9.00	0.10	1.11	3	9.00	0.10	1.11	8.9	9.1	0	0.0
試薬: (222004) デタミナーL HbA1c DM												
A1C試料1	1	5.70			1	5.70			5.7	5.7	0	0.0
A1C試料2	1	8.70			1	8.70			8.7	8.7	0	0.0
試薬: (321001) フレックスカートリッジ A1Cキット HA1C												
A1C試料1	1	6.20			1	6.20			6.2	6.2	0	0.0
A1C試料2	1	9.60			1	9.60			9.6	9.6	0	0.0
試薬: (321002) DCA2000 HbA1cカートリッジ												
A1C試料1	2	5.80	0.00	0.00	2	5.80	0.00	0.00	5.8	5.8	0	0.0
A1C試料2	2	8.95	0.21	2.37	2	8.95	0.21	2.37	8.8	9.1	0	0.0
試薬: (321004) フレックスカートリッジ ヘモグロビンA1C IFCC												
A1C試料1	1	6.20			1	6.20			6.2	6.2	0	0.0
A1C試料2	1	9.60			1	9.60			9.6	9.6	0	0.0
試薬: (644002) AU-シンクロン試薬 HbA1C												
A1C試料1	1	6.30			1	6.30			6.3	6.3	0	0.0
A1C試料2	1	9.70			1	9.70			9.7	9.7	0	0.0

【ヘモグロビンA1c（NGSP値）--方法・試薬別統計】

除外方法：除外と±3SD2回除去

単位：%

A1C試料1：57件 / A1C試料2：57件

分類1	方法	03	酵素法

	試料	全試料				±3SD 2回除外後				除外後		除外数	
		件数	平均	SD	CV(%)	件数	平均	SD	CV(%)	最小	最大	件数	%
試薬:		(101002) サンクHbA1c											
	A1C試料1	1	5.70			1	5.70			5.7	5.7	0	0.0
	A1C試料2	1	8.90			1	8.90			8.9	8.9	0	0.0
試薬:		(222005) メタボリードHbA1c											
	A1C試料1	2	5.75	0.07	1.23	2	5.75	0.07	1.23	5.7	5.8	0	0.0
	A1C試料2	2	9.00	0.00	0.00	2	9.00	0.00	0.00	9.0	9.0	0	0.0
試薬:		(363002) ノルディアN HbA1c											
	A1C試料1	4	5.78	0.13	2.18	4	5.78	0.13	2.18	5.6	5.9	0	0.0
	A1C試料2	4	9.05	0.37	4.08	4	9.05	0.37	4.08	8.6	9.4	0	0.0