【AST−方法・試薬別統計】

単位：37℃国際単位

除外方法：除外と±3SD2回除去

生化学11：53件 / 生化学12：53件

分類1	方法	01	JSCC標準化対応法

	試料	全試料				±3SD 2回除外後				除外後		除外数	
		件数	平均	SD	CV(%)	件数	平均	SD	CV(%)	最小	最大	件数	%
試薬:	(202001) シカリキッド AST												
	生化学11	16	36.3	0.8	2.14	16	36.3	0.8	2.14	35	37	0	0.0
	生化学12	16	170.0	2.3	1.34	16	170.0	2.3	1.34	166	174	0	0.0
試薬:	(202003) ラボフィット AST												
	生化学11	1	35.0			1	35.0			35	35	0	0.0
	生化学12	1	169.0			1	169.0			169	169	0	0.0
試薬:	(223001) ランピアリキッド S AST												
	生化学11	1	35.0			1	35.0			35	35	0	0.0
	生化学12	1	167.0			1	167.0			167	167	0	0.0
試薬:	(323001) AST試薬・L「コクサイ」												
	生化学11	1	36.0			1	36.0			36	36	0	0.0
	生化学12	1	170.0			1	170.0			170	170	0	0.0
試薬:	(363001) ピュアオートS AST−L												
	生化学11	2	36.5	0.7	1.94	2	36.5	0.7	1.94	36	37	0	0.0
	生化学12	2	171.5	0.7	0.41	2	171.5	0.7	0.41	171	172	0	0.0
試薬:	(365002) 「セロテック」AST−L												
	生化学11	2	35.0	0.0	0.00	2	35.0	0.0	0.00	35	35	0	0.0
	生化学12	2	168.0	0.0	0.00	2	168.0	0.0	0.00	168	168	0	0.0
試薬:	(465001) 自動分析用試薬「生研」GOT−JS												
	生化学11	3	37.0	1.0	2.70	3	37.0	1.0	2.70	36	38	0	0.0
	生化学12	3	173.3	1.2	0.67	3	173.3	1.2	0.67	172	174	0	0.0
試薬:	(524001) Nーアッセイ L GOT ニットーボー												
	生化学11	8	36.0	0.8	2.10	8	36.0	0.8	2.10	35	37	0	0.0
	生化学12	8	169.3	2.0	1.17	8	169.3	2.0	1.17	167	172	0	0.0
試薬:	(662001) AUリエージェントAST												
	生化学11	3	36.0	1.0	2.78	3	36.0	1.0	2.78	35	37	0	0.0
	生化学12	3	170.7	4.2	2.44	3	170.7	4.2	2.44	166	174	0	0.0
試薬:	(722001) イアトロLQ AST(J) II												
	生化学11	2	35.5	0.7	1.99	2	35.5	0.7	1.99	35	36	0	0.0
	生化学12	2	169.0	4.2	2.51	2	169.0	4.2	2.51	166	172	0	0.0
試薬:	(963001) Lタイプワコー AST・J2												
	生化学11	14	35.8	1.0	2.72	14	35.8	1.0	2.72	33	37	0	0.0
	生化学12	14	170.4	3.2	1.85	14	170.4	3.2	1.85	161	174	0	0.0