【尿素窒素-試薬別統計】

除外方法：除外と±3SD2回除去

単位：mg/dL

生化学11：53件 / 生化学12：53件

	試料	全試料				除外後：除外と±3SD2回除去				除外後		除外数	
		件数	平均	SD	CV(%)	件数	平均	SD	CV(%)	最小	最大	件数	%
試薬	(201001) アクアオートカイノス UN-Ⅱ試薬												
	生化学11	12	14.73	0.35	2.37	12	14.73	0.35	2.37	14.2	15.4	0	0.0
	生化学12	12	39.44	0.71	1.79	12	39.44	0.71	1.79	38.1	40.5	0	0.0
試薬	(202001) シカリキッド-N UN												
	生化学11	1	14.80			1	14.80			14.8	14.8	0	0.0
	生化学12	1	39.40			1	39.40			39.4	39.4	0	0.0
試薬	(222001) デタミナーL UN												
	生化学11	5	14.70	0.25	1.73	5	14.70	0.25	1.73	14.5	15.1	0	0.0
	生化学12	5	39.34	0.93	2.38	5	39.34	0.93	2.38	38.4	40.9	0	0.0
試薬	(222003) AUリエージェント UN												
	生化学11	1	14.60			1	14.60			14.6	14.6	0	0.0
	生化学12	1	37.90			1	37.90			37.9	37.9	0	0.0
試薬	(223001) ランピアリキッド BUN												
	生化学11	1	14.50			1	14.50			14.5	14.5	0	0.0
	生化学12	1	38.20			1	38.20			38.2	38.2	0	0.0
試薬	(321001) フレックス カートリッジ 尿素窒素 BUN												
	生化学11	5	14.98	0.52	3.48	5	14.98	0.52	3.48	14.5	15.7	0	0.0
	生化学12	5	40.04	1.18	2.96	5	40.04	1.18	2.96	38.4	41.3	0	0.0
試薬	(363002) ピュアオートS UN-L												
	生化学11	2	14.20	0.28	1.99	2	14.20	0.28	1.99	14.0	14.4	0	0.0
	生化学12	2	38.70	0.42	1.10	2	38.70	0.42	1.10	38.4	39.0	0	0.0
試薬	(365001) 「セロテック」UN-L												
	生化学11	6	14.52	0.36	2.48	6	14.52	0.36	2.48	14.0	15.0	0	0.0
	生化学12	6	38.85	0.71	1.82	6	38.85	0.71	1.82	38.0	39.9	0	0.0
試薬	(365003) 「セロテック」UN-SL												
	生化学11	2	14.35	0.07	0.49	2	14.35	0.07	0.49	14.3	14.4	0	0.0
	生化学12	2	38.50	0.14	0.37	2	38.50	0.14	0.37	38.4	38.6	0	0.0
試薬	(365004) 「セロテック」UN-ML												
	生化学11	1	14.50			1	14.50			14.5	14.5	0	0.0
	生化学12	1	39.20			1	39.20			39.2	39.2	0	0.0
試薬	(465001) 自動分析用試薬「生研」UN-S												
	生化学11	3	14.40	0.30	2.08	3	14.40	0.30	2.08	14.1	14.7	0	0.0
	生化学12	3	38.47	0.55	1.43	3	38.47	0.55	1.43	37.9	39.0	0	0.0
試薬	(524001) Ｎ－アッセイ BUN－L ニットーボー Ｃ－type												
	生化学11	1	14.80			1	14.80			14.8	14.8	0	0.0
	生化学12	1	39.00			1	39.00			39.0	39.0	0	0.0
試薬	(524002) Ｎ－アッセイ BUN－L ニットーボー Ｄ－type												
	生化学11	2	15.00	0.71	4.71	2	15.00	0.71	4.71	14.5	15.5	0	0.0
	生化学12	2	39.95	2.19	5.49	2	39.95	2.19	5.49	38.4	41.5	0	0.0
試薬	(721002) リキッド UN「ミズホ」												
	生化学11	3	14.73	0.12	0.78	3	14.73	0.12	0.78	14.6	14.8	0	0.0
	生化学12	3	39.27	0.15	0.39	3	39.27	0.15	0.39	39.1	39.4	0	0.0

【尿素窒素-試薬別統計】

除外方法：除外と±3SD2回除去

単位：mg/dL

生化学11：53件 / 生化学12：53件

	試料	全試料				除外後：除外と±3SD2回除去				除外後		除外数	
		件数	平均	SD	CV(%)	件数	平均	SD	CV(%)	最小	最大	件数	%
試薬		(722001) *イアトロLQ UNレート(A)Ⅱ*											
	生化学11	1	13.20			1	13.20			13.2	13.2	0	0.0
	生化学12	1	35.60			1	35.60			35.6	35.6	0	0.0
試薬		(963001) *Lタイプワコー UN*											
	生化学11	1	14.40			1	14.40			14.4	14.4	0	0.0
	生化学12	1	38.60			1	38.60			38.6	38.6	0	0.0
試薬		(963005) *Lタイプワコー UN・V*											
	生化学11	6	14.52	0.28	1.92	6	14.52	0.28	1.92	14.2	14.9	0	0.0
	生化学12	6	38.92	0.59	1.51	6	38.92	0.59	1.51	37.8	39.4	0	0.0