【血清鉄-試薬別統計】

除外方法：除外と±3SD2回除去

単位：μg/dL

生化学11：35件 / 生化学12：35件

	試料	全試料				除外後：除外と±3SD2回除去				除外後		除外数	
		件数	平均	SD	CV(%)	件数	平均	SD	CV(%)	最小	最大	件数	%
試薬		(201001) *アクアオートカイノス Fe試薬*											
	生化学11	2	98.5	0.7	0.72	2	98.5	0.7	0.72	98	99	0	0.0
	生化学12	2	198.5	0.7	0.36	2	198.5	0.7	0.36	198	199	0	0.0
試薬		(222001) *デタミナーL Fe*											
	生化学11	3	97.0	1.0	1.03	3	97.0	1.0	1.03	96	98	0	0.0
	生化学12	3	198.0	2.6	1.34	3	198.0	2.6	1.34	196	201	0	0.0
試薬		(321002) *フレックスカートリッジ 鉄*											
	生化学11	3	92.0	2.0	2.17	3	92.0	2.0	2.17	90	94	0	0.0
	生化学12	3	189.3	1.2	0.61	3	189.3	1.2	0.61	188	190	0	0.0
試薬		(326001) *クイックオートネオ Fe*											
	生化学11	21	98.1	1.8	1.80	21	98.1	1.8	1.80	95	102	0	0.0
	生化学12	21	200.0	2.6	1.29	21	200.0	2.6	1.29	196	206	0	0.0
試薬		(365001) *「セロテック」Fe-L*											
	生化学11	2	91.5	0.7	0.77	2	91.5	0.7	0.77	91	92	0	0.0
	生化学12	2	191.0	1.4	0.74	2	191.0	1.4	0.74	190	192	0	0.0
試薬		(524001) *Nーアッセイ L Feー H ニットーボー*											
	生化学11	1	97.0			1	97.0			97	97	0	0.0
	生化学12	1	199.0			1	199.0			199	199	0	0.0
試薬		(524002) *Feオート「TBA」*											
	生化学11	1	97.0			1	97.0			97	97	0	0.0
	生化学12	1	201.0			1	201.0			201	201	0	0.0
試薬		(963001) *Lタイプワコー Fe・N*											
	生化学11	2	98.0	1.4	1.44	2	98.0	1.4	1.44	97	99	0	0.0
	生化学12	2	203.5	3.5	1.74	2	203.5	3.5	1.74	201	206	0	0.0