【カルシウム-試薬別統計】

除外方法：除外と±3SD2回除去

単位：mg/dL

生化学11：42件 / 生化学12：42件

	試料	全試料				除外後：除外と±3SD2回除去				除外後		除外数	
		件数	平均	SD	CV(%)	件数	平均	SD	CV(%)	最小	最大	件数	%
試薬	(201002) アクアオートカイノス Ca試薬												
	生化学11	21	8.90	0.14	1.53	21	8.90	0.14	1.53	8.7	9.2	0	0.0
	生化学12	21	11.28	0.22	1.93	21	11.28	0.22	1.93	11.0	11.9	0	0.0
試薬	(321001) フレックスカートリッジ カルシウム Ca												
	生化学11	5	8.62	0.27	3.11	5	8.62	0.27	3.11	8.4	9.0	0	0.0
	生化学12	5	10.90	0.31	2.83	5	10.90	0.31	2.83	10.6	11.4	0	0.0
試薬	(326001) アキュラスオート Ca												
	生化学11	1	9.10			1	9.10			9.1	9.1	0	0.0
	生化学12	1	11.40			1	11.40			11.4	11.4	0	0.0
試薬	(365001) 「セロテック」Ca-AL												
	生化学11	6	8.83	0.08	0.92	6	8.83	0.08	0.92	8.8	9.0	0	0.0
	生化学12	6	11.12	0.10	0.88	6	11.12	0.10	0.88	11.0	11.3	0	0.0
試薬	(465001) 自動分析用試薬「生研」Ca N												
	生化学11	1	8.80			1	8.80			8.8	8.8	0	0.0
	生化学12	1	11.50			1	11.50			11.5	11.5	0	0.0
試薬	(469001) ダイヤカラー・リキッドCa												
	生化学11	1	8.70			1	8.70			8.7	8.7	0	0.0
	生化学12	1	11.10			1	11.10			11.1	11.1	0	0.0
試薬	(524001) Nーアッセイ L Ca ニットーボー												
	生化学11	1	8.80			1	8.80			8.8	8.8	0	0.0
	生化学12	1	11.10			1	11.10			11.1	11.1	0	0.0
試薬	(526001) エスパ・Ca												
	生化学11	2	8.85	0.07	0.80	2	8.85	0.07	0.80	8.8	8.9	0	0.0
	生化学12	2	10.95	0.21	1.94	2	10.95	0.21	1.94	10.8	11.1	0	0.0
試薬	(662001) AUリエージェントCaⅡ (OCPC)												
	生化学11	2	8.70	0.00	0.00	2	8.70	0.00	0.00	8.7	8.7	0	0.0
	生化学12	2	11.10	0.00	0.00	2	11.10	0.00	0.00	11.1	11.1	0	0.0
試薬	(963001) カルシウムE-HAテストワコー												
	生化学11	2	8.90	0.00	0.00	2	8.90	0.00	0.00	8.9	8.9	0	0.0
	生化学12	2	11.20	0.14	1.26	2	11.20	0.14	1.26	11.1	11.3	0	0.0